


Сверло для удаления винтов

- Сверло для удаления сломанного винта абатмента.
- В случае, если винт сломался внутри имплантата.
- Сверло для формирования отверстия в неполном поперечном сечении в верхней части сломанного винта.
- Оператор может определить глубину удаления по лазерной маркировке на верхней части.
- Рекомендуемое число оборотов: 1500 ОБ/МИН



Арт. №	Диаметр (мм)
SD-SR-08	0,8
SD-SR-12	1,2