

Узкая фреза Линдемманна

*Опционально

- Фреза Линдеммана, предназначенная для **IU F3.3**
- Сделайте отверстие, чтобы определить глубину и ось имплантации
- Необходимо просверлить отверстие на глубину, равную длине имплантата
- Во время сверления возможна коррекция угла

Арт. №	Применение
NLD-20	IU F3.3

